



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

Ημ/νία: 6/5/2026
ΠΡΟΣ
Γρ. Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Ανάγκη προμήθειας για φυλάκια οξυγόνου.

Κατόπιν της απόφασης που έχουν πάρει οι εταιρίες LINE & MOBIAC να σταματήσει η συνεργασία τους, οι φιάλες οξυγόνου θα πηγαίνουν στην Αθήνα για την πλήρωση και τον έλεγχο τους.

Έως σήμερα η αποστολή τους περιοριζονταν έως τα ΧΑΝΙΑ και ο χρόνος από την παραλαβή έως την παράδοση ήταν δυο εβδομάδες. Με τα νέα δεδομένα ο χρόνος θα διπλασιαστεί στην καλύτερη περίπτωση.

Τα φυλάκια είναι στα ΤΕΠ και στην ΚΛΙΝΙΚΗ και συνοδεύουν κάθε έकाστο ασθενή τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου όταν αυτό επιλεγεί από τους ιατρούς. Η χωρητικότητα τους είναι μικρή για την εύκολη μεταφορά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει πάντα να υπάρχουν κατ'ελάχιστο 5 φυαλάκια γεμάτα. Σήμερα από αυτό τον είδος φυαλών έχουμε 8 φιάλες σε χρήση. Η προμήθεια 7 νέων φυαλών είναι απαραίτητη λόγω των συνθηκών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2100 ευρώ χωρίς φπα.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Το ΓΝΑΝ ενδιαφέρεται για την προμήθεια φιαλών ιατρικού οξυγόνου 3lt/200Bar σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

ΦΙΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΤΥΠΟΥ COMPACT O₂

Φιάλες ιατρικού οξυγόνου από αλουμίνιο με μικροβάρος, υδραυλικού όγκου 3ltr και πίεσης 200Bar. Οι φιάλες πρέπει να διαθέτουν:

1. Ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ροόμετρο παροχής οξυγόνου και λήψη λειτουργίας αναπνευστήρα.
2. Ενσωματωμένο κλείστρο πλήρως προστατευόμενο για επιπλέον ασφάλεια σε σχέση με τις συμβατικές φιάλες.
3. Ένδειξη της διαθέσιμης υπολειπόμενης πίεσης.
4. Εργονομικό άγκιστρο στήριξης στην κλίνη ή σε τροχήλατο φορείο ή αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς.
5. Ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας.
6. Αυτοκόλλητη ετικέτα οδηγιών επί της φιάλης, για ασφαλή χρήση και σωστό χειρισμό αυτής.
7. Έτος κατασκευής 2025 ή 2026. Οι φιάλες θα παραδοθούν **γεμάτες**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν:

- Να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια των φιαλών που θα προσφέρουν.
- Το αέριο οξυγόνο να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Φαρμακοποιία.
- Άδεια Κυκλοφορίας, Δυνατότητας Παραγωγής και Διακίνησης, Πιστοποιητικό ΚΚΠ GMD (Κανόνες Καλής Παρασκευής) από τον ΕΟΦ.
- Άδεια υδραυλικής δοκιμής από τον ΕΒΕΤΑΜ.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης ιατρικών αερίων από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις αρχές & κανόνες Καλής Παραγωγής, όπως υπαγορεύονται από την απόφαση ΔΣ ΕΟΦ 62060 (ΦΕΚ 1586/Β'/30-09- 2010). (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για εμφιάλωση, διανομή και εμπορία εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων επί ποινή αποκλεισμού. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες φιάλες είναι συμβατές για

πλήρωση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων (Mobiak, Linde, κτλ).

- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας όπως καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16-01-2004 – «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
- Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.